

Tabel 3a. Verdeling van soorten bloedproducten per categorie melding in 2017

Incidenten	Ery's	Trombo's	FFP	SDP [§]	Combi	Niet opgegeven [‡]
Verkeerd bloedproduct toegediend	35 79,5%	4 9,1%	0 0%	2 4,5%	2 4,5%	1 2,3%
Bijna ongeluk	6 26,1%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	17 73,9%
Overig incident	47 66,2%	4 5,6%	0 0%	1 1,4%	0 0%	19 26,8%
Calculated risk situatie	4 66,7%	2 33,3%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
Bacteriële contaminatie bloedproduct	1 25,0%	2 50,0%	0 0%	0 0%	1 25,0%	0 0%
Look-back producent	3 60,0%	2 40,0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
Reactie	Ery's	Trombo's	FFP	SDP [§]	Combi	Niet opgegeven
Post-transfusie bacteriëmie/sepsis	62 86,1%	6 8,3%	0 0,0%	0 0,0%	4 5,6%	0 0,0%
Post-transfusie virale infectie	0 0,0%	1 100,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
TRALI	4 66,7%	2 33,3%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Volume overbelasting	90 86,5%	6 5,8%	0 0,0%	2 1,9%	6 5,8%	0 0,0%
TAD	5 71,4%	2 28,6%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Anafylactische reactie	19 29,7%	36 56,3%	1 1,6%	6 9,4%	2 3,1%	0 0,0%
Andere allergische reactie	30 24,0%	76 60,8%	0 0,0%	14 11,2%	5 4,0%	0 0,0%
Acute hemolytische TR	15 93,8%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 6,3%	0 0,0%
Vertraagde hemolytische TR	5 100,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Nieuwe antistofvorming	594 90,4%	22 3,3%	0 0,0%	0 0,0%	16 2,4%	25 3,8%
Overige reactie	202 81,1%	35 14,1%	0 0,0%	5 2,0%	7 2,8%	0 0,0%
Milde niet-hemolytische koortsreactie	277 89,9%	22 7,1%	0 0,0%	1 0,3%	6 1,9%	1 [#] 0,3%
Niet-hemolytische transfusiëreactie	291 82,4%	45 12,7%	0 0,0%	4 1,1%	13 3,7%	0 0,0%
Hemosiderose	3 100,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%

[§] Solvent-detergent plasma, in Nederland Omniplasma®

[‡] bij incidenten is er niet altijd sprake van een gekoppeld bloedproduct

% percentage van het totaal aantal voorvallen/reacties in desbetreffende categorie

[#] tevens één melding bij reinfusie van ongewassen drainbloed, zie paragraaf bloedbesparende technieken in Hoofdstuk 3