

Tabel 3b. Verdeling van soorten meldingen per soort bloedproduct in 2017

Incidenten	Ery's	Trombo's	FFP	SDP [§]	Combi	Niet opgegeven [‡]
Verkeerd bloedproduct toegediend	35 36,5%	4 28,6%	0	2 66,7%	2 66,7%	1 2,7%
Bijna ongeluk	6 6,3%	0 0%	0	0 0%	0 0%	17 45,9%
Overig incident	47 49,0%	4 28,6%	0	1 33,3%	0 0%	19 51,4%
Calculated risk situatie	4 4,2%	2 14,3%	0	0 0%	0 0%	0 0%
Bacteriële contaminatie bloedproduct	1 1,0%	2 14,3%	0	0 0%	1 33,3%	0 0%
Look-back producent	3 3,1%	2 14,3%	0	0 0%	0 0%	0 0%
Totaal	96 100%	14 100%	0	3 100%	3 100%	37 100%
Reactie	Ery's	Trombo's	FFP	SDP	Combi	Niet opgegeven
Post-transfusie bacteriëmie/sepsis	62 3,9%	6 2,4%	0 0,0%	0 0,0%	4 6,7%	0 0,0%
Post-transfusie virale infectie	0 0,0%	1 0,4%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
TRALI	4 0,3%	2 0,8%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Volume overbelasting	90 5,6%	6 2,4%	0 0,0%	2 6,3%	6 10,0%	0 0,0%
TAD	5 0,3%	2 0,8%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Anafylactische reactie	19 1,2%	36 14,2%	1 100,0%	6 18,8%	2 3,3%	0 0,0%
Andere allergische reactie	30 1,9%	76 30,0%	0 0,0%	14 43,8%	5 8,3%	0 0,0%
Acute hemolytische transfusiëreactie	15 0,9%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 1,7%	0 0,0%
Vertraagde hemolytische transfusiëreactie	5 0,3%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Nieuwe antistofvorming	594 37,2%	22 8,7%	0 0,0%	0 0,0%	16 26,7%	25 92,6%
Overige reactie	202 12,6%	35 13,8%	0 0,0%	5 15,6%	7 11,7%	0 0,0%
Milde niet-hemolytische koortsreactie	277 17,3%	22 8,7%	0 0,0%	1 3,1%	6 10,0%	2 [#] 7,4%
Niet-hemolytische transfusiëreactie	291 18,2%	45 12,7%	0 0,0%	4 1,1%	13 3,7%	0 0,0%
Hemosiderose	3 0,2%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Totaal	1597 100,0%	253 100,0%	1 100,0%	32 100,0%	60 100,0%	27 100,0%

[§] Solvent-detergent plasma, in Nederland Omniplasma®

[‡] bij incidenten is er niet altijd sprake van een gekoppeld bloedproduct

% percentage van het totaal aantal voorvallen/reacties bij het desbetreffende type bloedproduct

[#] één van deze twee betreft reinfusie van ongewassen drainbloed, zie paragraaf bloedbesparende technieken in Hoofdstuk 3